



## Alarmplan

1. Im Notfall ist jede Mitarbeiterin / jeder Mitarbeiter verpflichtet, gefährdete Personen zu warnen (z. B. durch Zuruf).

2. **Sirenenalarm:**

Das Gebäude ist auf dem kürzest möglichen Fluchtweg zu verlassen (Wertsachen und erforderlichenfalls Garderobe mitnehmen). Achten Sie darauf, dass auch benachbarte Personen die Alarmierung wahrgenommen haben und fordern Sie diese ggf. zum Verlassen des Gebäudes auf. Behinderte sind beim Verlassen des Gebäudes zu unterstützen.

Sammelpunkt: Platz vor dem Hörsaalzentrum.

Die Aufsicht führenden Personen bzw. Raumverantwortlichen stellen die Anwesenheit fest. Bitte verlassen Sie den Sammelpunkt nicht vorzeitig.

Bei Sirenenalarm gehen außer Betrieb:

Aufzugsanlagen; Erdgasversorgung; Raumluftechnische Anlagen, **außer** in Räumen der zentralen Gasversorgung und Chemikalienausgabe

**Nicht** unterbrochen werden Strom- und Sondergasversorgung!

Die Raumverantwortlichen für die Räume der zentralen Gasversorgung (E25, E23, 125, 141) betätigen die Elt-Notausschalter (Schließen der entsprechenden Magnetventile).

Alle Laborverantwortlichen entscheiden, ob durch Unterbrechung der Stromversorgung (Notausschalter) Versuche abzustellen sind.

3. Im Not- oder Havariefall sind der Institutsdirektor (in dessen Abwesenheit sein Stellvertreter) und der zuständige Leiter des Arbeitskreises sofort zu verständigen, damit diese weitere Maßnahmen zur Gefahrenabwehr veranlassen können.
4. Im Brand- oder Notfall sind zu benachrichtigen:

	Ruf-Nr.		
Feuerwehr	<b>112</b>		
Polizei	<b>110</b>		
TUD Sicherheitsdienst	<b>+49 351 463-20000</b>	(HA 2000)	

Rettungszufahrt: Zufahrt über Schranke 13 (zwischen Helmholtzstraße 7 und 9)

	Telefon TU	Privatanschrift	Telefon privat
Prof. Dr. Peter Metz	37006 Sekretariat: 35386	01326 Dresden Sierksstr. 33	3118063
Prof. Dr. Hans-Joachim Knölker	34659 Sekretariat: 34271	01187 Dresden Zwickauer Str. 101	4769644
Prof. Dr. Thomas Straßner	38571	01156 Dresden Altnössener Str. 21f	4248438